

兰州大学草地农业科技学院实验室安全


工作简报

2024 年第 1 期（总第 21 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2024 年 1 月 16 日

寒假将至，为切实做好实验室安全防范工作，防止实验室安全事故的发生，2024 年 1 月 16 日，草地农业科技学院实验室安全工作小组成员翁秀秀、古丽君、吴淑娟、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室进行了安全检查。本次安全检查主要针对的重点内容是：1. 易制毒、易制爆药品的存放管理；2. 废液的存储管理；3. 实验室仪器用电安全；4. 高压灭菌锅使用与管理；5. 实验室气瓶管理；6. 通风橱底下柜子是否存放易燃易爆试剂、药品等；7. 实验操作是否规范。对于优秀的实验室提出表扬，对于存在问题的实验室要求限期整改。

一、本月优秀实验室



碧野楼 101





碧野楼 711

二、主要存在隐患和共性问题

1. 易制毒、易制爆化学品与普通化学品混放，管理不规范，存放在普通试剂柜内，且没有上锁；
2. 通风橱底下柜子存放大量药品、试剂、草样等物品；
3. 插线板未固定，平放于台面上，甚至有些放置在地面上；
4. 个别气瓶未固定；
5. 个别学生试验时未穿着实验服。

三、现场照片



四、实验室问题清单

实验室房号	责任人	研究所	问题	建议整改措施	限期整改完成时间
碧野楼106	吴彩霞	大型仪器平台	插线板平放于实验台面	应将插线板悬挂并固定好	1月18日
碧野楼F205	冯彦丽	草地生态研究所	通风橱底下柜子存放药品	应将药品存放于专门药品柜	1月31日
碧野楼301	方龙发	草类植物育种与种子研究所	通风橱底下柜子存放大量草样	通风橱底下柜子禁止存放易燃易爆物品和试剂	1月31日
碧野楼301	方龙发		烘箱上放置枪头盒等物品	应将烘箱上的杂物移除	1月20日
碧野楼801	张吉宇		重铬酸钾、硝酸钾、甲苯等易制爆、易制毒化学品未按规定存放，未上锁	易制爆、易制毒化学品应单独存放，双锁双人管理	1月31日
碧野楼801	张吉宇		1个气瓶未固定	气瓶应使用气瓶架或锁链固定好	1月31日
碧野楼803	张吉宇		学生做试验未穿实验服	给学生经常强调试验规范	1月20日
碧野楼802	韩云华		高锰酸钾属于易制毒化学品，未按规定存放，1个锁坏了	易制爆、易制毒化学品应单独存放，双锁双人管理	1月31日
碧野楼601	杨倩		农区草业研究所	重铬酸钾属于易制爆化学品，未按规定存放，未上锁	易制爆、易制毒化学品应单独存放，双锁双人管理
逸夫生物楼403	未丽	草类植物逆境生理与遗传改良研究所	重铬酸钾、硝酸银、甲苯等易制爆化学品未按规定存放，未上锁	易制爆、易制毒化学品应单独存放，双锁双人管理	1月31日
校医院4楼半隔间	段廷玉	草地保护研究所	插线板串联	整改电路	1月31日